

Program Pomost

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Łódź 24.08.2012 r.

Zapytanie ofertowe G4/08/2012

Niniejszym składamy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu **fluorymetra do ultraczułych pomiarów DNA, RNA, białka wraz z pakietem startowym niezbędnych i kompatybilnych materiałów zużywalnych** na potrzeby projektu „Glioblastoma cell culture: model of tumour in vitro or „culture of artifacts”? współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- możliwość wykonywania ultraczułych pomiarów DNA, RNA i białka na zasadzie fluorescencyjnej z wykorzystaniem kompatybilnych zestawów pomiarowych zapewniających selektywność pomiaru DNA, RNA i białka w badanych próbach,
- możliwość doboru kompatybilnego zestawu pomiarowego o standardowej lub wysokiej czułości zakresu pomiaru w celu optymalizacji pomiaru w zależności od rodzaju i ilości materiału w próbie badanej (w przypadku dsDNA i RNA),
- możliwość pomiaru niskich stężeń DNA, RNA i białka (dolna granica stężenia wyjściowej próby mieszcząca się w zakresach: od 10-15pg/ μ L dla dsDNA, od 250-300pg/ μ L dla RNA, od 12-15 μ g/mL dla białka),
- możliwość pomiaru małych objętości wyjściowej próby (od 1 μ l),
- wykorzystanie w zestawach pomiarowych barwników zapewniających selektywność pomiaru DNA, RNA, białka w badanych próbach (sygnał jest emitowany wyłącznie po przyłączeniu barwnika do DNA, RNA, białka; obecność wolnych nukleotydów nie może wpływać na wartość pomiaru),
- krótkie czasy inkubacji próby z barwnikiem fluorescencyjnym (max. 2-5 min. dla DNA/RNA; max. 15-20 min dla białka);
- możliwość pomiaru w probówkach reakcyjnych (typu PCR o objętości 0,5 ml),
- kalibracja min. 2-3 punktowa
- port USB i możliwość zapisywania wyników na pamięci USB
- małe rozmiary oraz masa instrumentu (poniżej 0,5 kg)
- zasilanie 100-240 V AC; 50-60 Hz

Program Pomost

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Inne wymagania zamawiającego:

Termin płatności min. 30 dni;

Nie może być wymagana przedpłata lub faktura proforma;

Okres gwarancji: min.12 miesięcy od daty przekazania urządzenia do eksploatacji.

- Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 14 000 euro netto

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - 100 % cena

Miejsce i sposób składania ofert:

drogą elektroniczną na adres: monika.witusik-perkowska@umed.lodz.pl

Oferty oraz zapytania prosimy składać **do 10 września do godziny 10:00** drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na powyższy adres e-mail.

Informacje dodatkowe:

1. ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.umed.pl w zakładce Dział Programów Pomocowych
2. Na Uniwersytecie Medycznym umowy zawierane są:
 - zgodnie z przepisami polskiego prawa, w tym w szczególności ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
 - zgodnie z „Regulaminem składania wniosków i udzielania zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych”
 - pod nadzorem i po pozytywnym zaopiniowaniu przez radcę prawnego oraz Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych,
 - po uprzednim zapoznaniu się z ofertami co najmniej trzech konkurencyjnych firm,
 - w oparciu o jasne kryteria wyboru,
 - przy zachowaniu bezstronności pracowników zaangażowanych w wybór wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo zadawania pytań, na które składający Zamówienie odpowie nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, co nie przedłuża w żaden sposób terminu składania przez Wykonawcę oferty.

Powyższa procedura stosowana jest dla zamówień związanych z realizacją projektu „Glioblastoma cell culture: model of tumour in vitro or „culture of artifacts”?, których szacunkowa wartość nie przekracza 14 000 euro netto.

Pracownicy Uniwersytetu zaangażowani w wybór wykonawcy złożyli oświadczenia o bezstronności i nie zachodzeniu konfliktu interesów.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Monika Witusik-Perkowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

tel. 042 675-76-29

monika.witusik-perkowska@umed.lodz.pl